ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Косметологічний комбайн

KIM 8

RF-ліфтинг · Вакуум · Лазерний ліполіз · Кавітація



Призначення:

KIM 8 — багатофункціональний косметологічний комбайн для косметологічного кабінету, який об’єднує кілька технологій в одному корпусі для роботи з тілом і обличчям.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та маніпули
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Косметологічний комбайн KIM 8
Тип обладнання	Багатофункціональний косметологічний апарат для тіла та обличчя
Технології	RF-ліфтинг, вакуум, лазерний ліполіз, кавітація
Кількість маніпул	6 шт.
Призначення	Корекція фігури, антицелюлітні програми, RF-ліфтинг, омолодження шкіри
Живлення	220 В
Розміри упаковки	58 × 56 × 45 см
Вага	12 кг
Країна виробництва	Китай
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Косметологічний комбайн KIM 8 — багатофункціональний апарат для косметологічного кабінету, який об’єднує шість технологій в одному корпусі. Це рішення дозволяє працювати з тілом і обличчям без необхідності купувати окремі прилади.

Комбайн орієнтований на косметологів, які хочуть розширити меню послуг без великих вкладень. Шість маніпул закривають основний попит: корекція целюліту і жирових відкладень на тілі, RF-ліфтинг і омолодження обличчя, робота з делікатними зонами очей і губ.

Компактний корпус вагою 12 кг легко переміщується між робочими зонами. Підходить для косметологічних салонів, SPA-центрів і приватних кабінетів.

Сфера застосування:

- Косметологічні салони
- SPA-центри
- Приватні косметологічні кабінети
- RF-ліфтинг обличчя та тіла
- Корекція фігури
- Антицелюлітні програми
- Програми апаратного омолодження

Переваги апарату

Компактний формат, шість функціональних маніпул, можливість роботи з тілом і обличчям, поєднання RF-ліфтингу, кавітації, вакууму та лазерного ліполізу в одному апараті.

3. Принцип дії

KIM 8 поєднує декілька апаратних методик. RF-ліфтинг прогріває дерму на різну глибину залежно від типу маніпули та зони впливу, стимулює синтез колагену, покращує тонус і пружність шкіри.

Вакуумна маніпула у поєднанні з RF сприяє дренажному ефекту, стимулює мікроциркуляцію та посилює ефект підтягування тканин. Маніпула лазерного ліполізу впливає світловою енергією на локальні жирові відкладення, а кавітаційна маніпула 40К підтримує безопераційну корекцію локальних жирових зон.

Основні ефекти впливу:

- Радіочастотний прогрів тканин
- Стимуляція колагеноутворення
- Підтягування шкіри обличчя та тіла
- Лімфодренажний ефект за рахунок вакууму
- Підтримка корекції локальних жирових відкладень
- Антицелюлітний вплив
- Покращення тону та структури шкіри

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Технології	RF-ліфтинг, вакуум, лазерний ліполіз, кавітація
Кількість маніпул	6 шт.
Маніпула вакуум + RF	Вакуумна компресія + радіочастотний прогрів
Маніпула лазерного ліполізу	Лампи лазерного ліполізу
Маніпула RF 3-полярний	Радіочастотний ліфтинг обличчя і шиї
Маніпула RF 4-полярний	Точковий RF обличчя
Маніпула RF 6-полярний	Глибокий RF тіла
Маніпула кавітації	40K
Живлення	220 В
Розміри упаковки	58 × 56 × 45 см
Вага	12 кг
Країна виробництва	Китай

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок косметологічного комбайну KIM 8	1 шт
2	Кабель живлення (220 В)	1 шт
3	Маніпула №1 — вакуум + RF	1 шт
4	Маніпула №2 — лазерний ліполіз (лампи)	1 шт
5	Маніпула №3 — RF 3-полярний	1 шт
6	Маніпула №4 — RF 4-полярний	1 шт
7	Маніпула №5 — RF 6-полярний	1 шт
8	Маніпула №6 — кавітація 40К	1 шт

6. Робочі елементи та маніпули

Апарат комплектується шістьма маніпулами для різних косметологічних задач. Це дозволяє формувати індивідуальні протоколи догляду за обличчям та тілом.

Маніпула	Характеристика	Призначення
№1 — вакуум + RF	Вакуумне всмоктування тканин + RF прогрів	Лімфодренаж і підтягування шкіри тіла
№2 — лазерний ліполіз	Лазерні лампи	М’який вплив на жирові відкладення, стимуляція розщеплення жиру
№3 — RF 3-полярний	Для делікатних зон	RF-ліфтинг обличчя і шиї, стимуляція колагену
№4 — RF 4-полярний	Точковий RF	Робота з м’якими тканинами обличчя, підтягування овалу і корекція зморшок
№5 — RF 6-полярний	Глибокий RF тіла	Зміцнення і пружність шкіри на великих зонах тіла
№6 — кавітація 40К	Ультразвукова кавітація	Безопераційна корекція локальних жирових відкладень

Примітка

Вибір маніпули, тривалості процедури та інтенсивності впливу здійснюється кваліфікованим спеціалістом залежно від зони обробки, стану тканин та поставленої естетичної задачі.

7. Показання до застосування

KIM 8 застосовується в апаратній косметології для корекції фігури, RF-ліфтингу, підтримки тонусу шкіри, антицелюлітних програм та омолодження обличчя.

Показання до застосування:

- Целюліт I–IV ступеня
- Локальні жирові відкладення (живіт, стегна, боки, руки)
- Зниження тонусу і пружності шкіри обличчя та тіла
- Птоз м’яких тканин, провисання овалу обличчя
- Зморшки та вікові зміни шкіри
- Набряки та порушення лімфовідтоку
- Нерівний тон шкіри, тьмяність
- Корекція фігури після вагітності або схуднення
- Профілактика вікових змін шкіри

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Вагітність і період грудного вигодовування
3	Металеві імплантати та кардіостимулятор
4	Гострі запальні та інфекційні захворювання шкіри
5	Тромбофлебіт і варикозне розширення вен у зоні обробки
6	Порушення згортання крові
7	Епілепсія
8	Захворювання щитоподібної залози

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, кабелів і маніпул.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 220 В.
3. Підключити апарат до мережі та приєднати необхідну маніпулу.
4. Увімкнути апарат і дочекатися запуску інтерфейсу.
5. Виконати тестову перевірку роботи маніпули на мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри та тканин у зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до потрібної зони.
5. Вибрати відповідну маніпулу та робочі параметри.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та обрати потрібний режим або маніпулу.
2. Підключити відповідну маніпулу для обраної зони та задачі.
3. Встановити параметри інтенсивності відповідно до протоколу.
4. Починати роботу з мінімального рівня та поступово підвищувати інтенсивність.
5. Проводити процедуру плавними послідовними рухами, контролюючи реакцію шкіри та відчуття клієнта.
6. Після завершення процедури вимкнути апарат, очистити маніпулу та підготувати обладнання до наступного використання.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Маніпула	Зона	Особливості
Вакуум + RF	№1	Тіло	Лімфодренаж, прогрів, підтягування шкіри
Лазерний ліполіз	№2	Тіло	М’який вплив на локальні жирові відкладення
RF-ліфтинг делікатних зон	№3	Обличчя, шия	Стимуляція колагену, покращення тонусу
Точковий RF	№4	Обличчя	Корекція овалу, робота зі зморшками
Глибокий RF тіла	№5	Великі зони тіла	Пружність та зміцнення шкіри
Кавітація 40К	№6	Живіт, стегна, боки	Безопераційна корекція локальних жирових зон

Курс процедур

Кількість процедур, тривалість сеансу та інтенсивність впливу визначаються спеціалістом індивідуально залежно від зони обробки, стану тканин та цілей програми.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція маніпул після кожної процедури.
- Контроль цілісності кабелів та роз’ємів.
- Перевірка справності маніпул перед початком роботи.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, кабелів, маніпул і контактних елементів; очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи апарату та маніпул.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні корпусу, кабелів або маніпул.
- Занурювати маніпули або корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Маніпули зберігати в чистому та сухому стані.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, маніпул або кабелів.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель	KIM 8
Країна виробництва	Китай
Тип обладнання	Косметологічний комбайн
Технології	RF-ліфтинг, вакуум, лазерний ліполіз, кавітація
Живлення	220 В

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що косметологічний комбайн KIM 8 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.