ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

PM ST

Апарат високоінтенсивної магнітотерапії

Імпульсне магнітне поле | Дані сторінки постачальника



ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ
Підготовлено за поточною сторінкою PM ST, її фотографіями та прикріпленим PDF. Дані звіряють із табличкою й заводською інструкцією конкретного виробу. Цей паспорт не встановлює дозування процедур і не є незалежною перевіркою сертифікації.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
+380 68 960 02 33 | spine-academy.com

01. Технічні характеристики

Значення наведено за поточною сторінкою постачальника; перевірено 02.11.2026.

Параметр	Значення
Торгова назва	PM ST
Тип	Апарат високоінтенсивної імпульсної магнітотерапії
Магнітна індукція за сторінкою	До 2,5 Тл
Швидкість зміни поля за сторінкою	92 Тл/с
Заявлені діапазони частот	1-100 Гц та 1000-3000 Гц; призначення діапазонів уточнити
Програмні протоколи	17 готових за сторінкою; версію ПЗ звірити
Охолодження	Водяне; резервуар 2,5 л за сторінкою
Живлення	100-240 В, 50-60 Гц
Споживана потужність / струм	Не наведено; звірити за табличкою
Маса за сторінкою	43 кг; нетто / брутто не уточнено
Розміри за сторінкою	66 × 60 × 49 см; належність до виробу / упаковки уточнити
Походження	Китай
Гарантія	12 місяців

Одиниці та робочі межі
Тесла й Тл/с характеризують магнітне поле, а не споживану електричну потужність. Наведені межі не визначають дозу або допустимі налаштування для конкретного пацієнта.

02. Комплект і зовнішній вигляд

Перелік зі сторінки звіряють з пакувальним листом конкретного виробу.



Рис. 1. Блок, індуктор та тримач.



Рис. 2. Інший ракурс комплекту.

Параметр	Значення
Основний апарат	1 шт.
Котушка / індуктор	1 шт.
Тримач	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Інші аксесуари / інструкція	Наявність, кількість та версію документів уточнити при прийманні

Відповідність фото
На корпусі й індукторі видно інші комерційні позначення. Зв’язок фотографій, торгової назви PM ST і заводської моделі має підтверджуватися супровідними документами.

03. Підключення й охолодження

Задня панель за фотографією постачальника.




Рис. 3. Задня панель та кабельні з’єднання.

Елемент	Відомості для перевірки
Задні елементи	Мережевий роз’єм, вимикач, решітки й порти, видимі на фото.
Кабель / шланг індуктора	Порядок підключення та фіксації визначає заводська інструкція.
Система охолодження	Резервуар 2,5 л заявлений на сторінці; тип рідини, рівень заповнення й заміну уточнити.
Тримач індуктора	Фіксацію, допустимі положення й перевірку перед роботою уточнити.

Тривалість безперервної роботи
Сама наявність водяного охолодження не встановлює допустимий робочий цикл. Періоди роботи, перерви й захист від перегрівання підтверджує виробник.

04. Експлуатація та догляд

Розділ для доповнення за заводською інструкцією саме поставленої модифікації.

Перед початком роботи
Потрібні підтверджені параметри, інструкція й перелік обмежень. Ця редакція не встановлює показань, протипоказань, доз, розташування індуктора або лікувальних протоколів.

Питання	Відомості для остаточної документації
Встановлення	Вимоги до місця, електромережі, підготовки системи охолодження й запуску визначає виробник.
Параметри впливу	Значення кожного частотного діапазону, інтенсивності та програм уточнити за інструкцією.
Сумісність і обмеження	Застосовність щодо імплантів, електронних пристроїв та інших факторів ризику встановлює інструкція конкретного виробу.
Процедури	Зони, тривалість, перерви й призначення програм не визначаються цим паспортом.
Очищення	Засоби й метод обробки індуктора, корпусу та тримача мають бути сумісними з матеріалами.
Охолодження / сервіс	Регламент рідини, перевірку охолодження, калібрування й сервісні інтервали уточнити.
Зберігання / перевезення	Температуру, вологість, пакування та підготовку до перевезення уточнити.

Програми на сайті
Перелік 17 програм не є індивідуальним призначенням. Рекламні заяви про лікувальні результати й роботу весь день не перенесено як гарантовані властивості.

05. Гарантія, сервіс і документація

Контакти відповідають даним постачальника на сайті.

Параметр	Значення
Постачальник	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Телефон / пошта	+380 68 960 02 33 / info@spine-academy.com
Гарантія	12 місяців
Початок гарантії	За погодженими умовами та документами продажу.
Сервіс / доставка на ремонт	Адресу й порядок ремонту уточнити у постачальника.

Дані виробника

Параметр	Значення
Юридична назва / адреса	_____
Фактична модель / мережа	_____

Джерела

Сторінка PM ST на spine-academy.com. Перевірено 02.11.2026 через браузер; використано параметри, комплект і три фото.

Сертифікат CE на сайті (ENC2203051GZ73, EMC і LVD): серія Physio Magneto PM-ST, виробник Guangzhou Kapha Electronic Technology Co., Ltd. Це відомості з опублікованого PDF, а не незалежно підтверджена ідентифікація виробу.

> **Перевірка відповідності**
> Файл переглянуто, але справжність, реєстрацію та застосовність до серійного номера не перевірено у лабораторії. Дані таблички й підтвердження виробника потрібні для остаточної редакції.

06. Облік виробу та приймання

Заповнюється після фактичної перевірки й передачі обладнання.

Параметр	Значення
Торгова назва	PM ST
Модель на заводській табличці	_____
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата / результат перевірки	_____
Фактична комплектація	_____ _____
Дата продажу	_____
Номер накладної / договору	_____
Покупець	_____

Підписи після перевірки

Відповідальна особа: _____

Підпис продавця: _____

Підпис покупця: _____

Статус документа
Редакція 0.1 від 02.11.2026. Для погодження. Перед остаточним випуском звірити заводську модель, фото таблички, робочі параметри, комплектацію, інструкцію та документи відповідності.