ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

SWT 22

Апарат ударно-хвильової терапії

Радіальна УХТ | Параметри за сторінкою постачальника



ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ
Підготовлено за сторінкою SWT 22 на сайті постачальника та її зображеннями. Значення звіряють із табличкою конкретного виробу та заводською інструкцією. Документ не встановлює дозування процедур і не є підтвердженням сертифікації.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
+380 68 960 02 33 | spine-academy.com

01. Технічні характеристики

Значення наведено за сторінкою постачальника SWT 22, перевіреною 02.11.2026.

Параметр	Значення
Модель / марка	SWT 22 / SWT
Тип хвилі	Радіальна ударно-хвильова терапія
Потужність за сторінкою	До 350 Вт; тип параметра звірити з табличкою
Робочий тиск	0,5-8,0 бар
Частота імпульсів	1-22 Гц
Кількість імпульсів	500-3000; значення параметра уточнити за інструкцією
Насадки	5 шт.; діаметри 6 / 10 / 15 / 20 / 25 мм
Електроживлення	AC 110-220 В, 50-60 Гц
Максимальний струм за сторінкою	5 А; звірити з табличкою
Екран / інтерфейс	Кольоровий сенсорний / англійська мова
Габарити апарата	450 × 360 × 305 мм
Розміри упаковки	560 × 445 × 385 мм
Маса нетто / брутто	13,5 кг / 15,5 кг
Походження	Китай
Гарантія	12 місяців

Паспортні величини
Тиск у барах не є енергією імпульсу або дозою процедури. Наведені межі не визначають допустимі налаштування для конкретної людини чи ділянки тіла.

02. Комплект поставки

Перелік із сайту звіряють із фактичною поставкою та пакувальним листом.



Робочий комплект

На ілюстрації показано основний блок, маніпулу та набір змінних робочих елементів. Колір панелі може відрізнятися. Модифікацію та сумісність деталей потрібно підтвердити при прийманні.

Рис. 1. Варіант корпусу й насадок.

Параметр	Значення
Основний блок / маніпула	1 / 1 шт.
Змінні насадки	5 шт.; 6 / 10 / 15 / 20 / 25 мм
Гумові ущільнювачі	5 шт.
Змінні ударні елементи («кулі»)	2 шт.
Шомпол / фільтр	1 / 1 шт.
Тримач маніпули / тримач насадок	1 / 1 шт.
Кабель живлення / інструкція	1 / 1 шт.

Приймання аксесуарів
Перевірку кількості, зовнішнього стану та заводських позначень фіксують у формі приймання. Порядок встановлення або заміни ударних елементів визначає заводська інструкція.

03. Зовнішній вигляд і керування

Ілюстрація зі сторінки SWT 22; позначення елементів звіряють на реальному виробі.



Рис. 2. Основний блок, маніпула та робочі насадки.

Елемент	Опис за зображенням
Екран	Похила сенсорна панель для вибору параметрів.
Маніпула	Робочий елемент із кабелем/шлангом, розміщений у бічному тримачі.
Насадки	Змінні контактні елементи; призначення діаметрів встановлює інструкція.
Переднє підключення	З’єднання маніпули з основним блоком, видиме на фото.

Фотографія не є документом відповідності
Знак CE та зображення зон тіла на рекламній картинці не підтверджують сертифікацію конкретного виробу або показання до процедури.

04. Експлуатація та обслуговування

Для завершення потрібна заводська інструкція саме поставленої модифікації.

Перед початком експлуатації
Цей паспорт систематизує відомості про виріб. Він не замінює навчання, перелік протипоказань, правила безпеки або затверджені клінічні протоколи.

Питання	Дані для остаточної документації
Встановлення й електроживлення	Вимоги до місця роботи, напругу, спосіб підключення та перший запуск уточнити в інструкції.
Маніпула та насадки	Порядок підключення, фіксації й перевірки змінних елементів визначає виробник.
Налаштування	Тиск, частота та лічильник імпульсів мають налаштовуватися за інструкцією й рішенням кваліфікованого фахівця.
Процедури та обмеження	Дози, тривалість, кількість сеансів, контактні засоби, показання та протипоказання тут не встановлюються.
Очищення	Засоби дезінфекції, сумісність із деталями маніпули та спосіб обробки визначає виробник.
Сервісні деталі	Інтервали заміни ударних елементів, ущільнювачів і фільтра, очищення та перевірку виходу уточнити.
Зберігання / транспортування	Температуру, вологість, пакування та підготовку до перевезення уточнити.

Ресурс та витратні матеріали
Ресурс маніпули й ударних елементів у кількості імпульсів на сторінці не наведений. Параметр «500-3000» не використано як значення ресурсу.

05. Гарантія, постачальник і сервіс

Реквізити відповідають контактам постачальника на сайті.

Параметр	Значення
Постачальник	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Телефон	+380 68 960 02 33
Електронна пошта / вебсайт	info@spine-academy.com / spine-academy.com
Гарантійний строк	12 місяців
Початок гарантії	Визначається документами продажу та погодженими умовами.
Навчання та підтримка	Наявність заявлена на сторінці; формат і графік погоджуються з постачальником.
Сервіс / доставка на ремонт	Адресу сервісу, обсяг гарантії та порядок ремонту уточнити й зафіксувати в документах продажу.

Виробник і табличка апарата

Параметр	Значення
Юридична назва / адреса виробника	_____
Заводська модель / модифікація	_____
Напруга / потужність на табличці	_____

Звернення до сервісу
Для ідентифікації підготуйте серійний номер, фото таблички, дату придбання та опис несправності. Умови комерційної пропозиції не замінюють гарантійний документ.

06. Облік виробу та приймання

Заповнюється відповідальною особою після фактичної перевірки обладнання.

Параметр	Значення
Назва за сторінкою	SWT 22
Модель на заводській табличці	_____
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата передпродажної перевірки	_____
Результат перевірки	_____
Фактична комплектація	_____ _____
Дата продажу	_____
Номер накладної / договору	_____
Покупець	_____

Підписи після перевірки

Відповідальна особа: _____

Підпис продавця: _____

Підпис покупця: _____

Статус документа
Редакція 0.1 від 02.11.2026. Для погодження. Підготовлено за сторінкою SWT 22 та її зображеннями. Перед остаточним випуском звірити табличку, заводську модель, комплектацію, інструкцію й застосовні документи відповідності.

07. Джерело та перевірка документації

Відомості отримано зі сторінки постачальника; сторонні моделі для заповнення параметрів не використано.



Рис. 3. Рекламна ілюстрація зі сторінки постачальника.

Неузгодженість одиниць на зображенні
На цій рекламній ілюстрації надруковано «8 Pa», тоді як у текстовій таблиці сторінки наведено 0,5-8,0 бар. У паспорті використано текстову таблицю; значення слід звірити із заводською інструкцією та маркуванням.

Основне джерело

Сторінка SWT 22 на spine-academy.com
Дата перевірки: 02.11.2026. Використано технічну таблицю, перелік комплекту, гарантію, контакти та чотири зображення.

Документи за посиланнями сторінки

Посилання на CE та попередній технічний паспорт повернули помилку доступу / відсутності файлу. Їхній зміст не перевірено. Це не є висновком про наявність або відсутність сертифікації апарата.

Для остаточної редакції
Додати фото заводської таблички, оригінальну інструкцію, підтвердження комплектації та застосовні документи відповідності. Порожні поля заповнюються за фактичними даними.